



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E PROJETOS

ATA DE REUNIÃO Nº 233/2019 (Sequência: 3)
PREGÃO PRESENCIAL nº 57/2019

Às onze horas do dia vinte e nove do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (29/08/2019), a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto n. 17.942, de 07 de janeiro de 2019, formada pelos membros: PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA, Servidora efetiva, neste ato desempenhando as atividades de Pregoeira; ADRIANA PIEGAS DE SOUZA, GILEADE SILVA VIANA e TATIANE GAVIÃO CAMARGO, Servidores Efetivos, e VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS, CC-3, se reuniram na sala de licitações da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Projetos da Prefeitura Municipal de São Borja, à rua Ver. Eurico Batista da Silva, nº 64, com a finalidade de deliberar acerca do Pregão Presencial nº 057/2019/PP/SMPOP-DCL, o qual tem por objeto a aquisição de equipamentos para o laboratório Municipal de Fronteira Geni Marques Pinto, para serem utilizados na Dosagem Bioquímica e Hemogramas. Conforme solicitado na ata anterior, foi determinado pela pregoeira que as servidoras responsáveis pela análise no certame enviem parecer escrito, analisando o questionamento da empresa licitante nos itens “a” e “b” e, justificadamente, indiquem os motivos pelo parecer anterior de desclassificação da empresa licitante e/ou dos motivos técnicos plausíveis que fazem o item da empresa licitante não atender o exigido. Recebido parecer das técnicas Lenara Wastowski Friedrich (Biomédica) e Roselaine Bittencout Magg (Farmacêutica-Bioquímica), estas se manifestaram conceituando a metodologia indicada no processo, sem esclarecer o questionamento da empresa, quanto à questão do volume de aspiração da amostra, as técnicas não se manifestaram. Quanto aos demais assuntos, já tratados na ata anterior, a pregoeira mantém a decisão já deferida e desconsidera o relatado no parecer das técnicas. A pregoeira analisou a proposta da empresa, comparando com o catálogo que fora apresentado naquela ocasião, é possível verificar que a empresa declarou metodologia e volume diferentes, ou seja, há uma divergência entre a proposta e o catálogo apresentado, na proposta cita a metodologia “leitura espectrofotométrica de hemoglobina” (conforme edital) e no catálogo “colorimetria para dosagem de hemoglobina”, assim como o volume que na proposta consta “aspiração de 10ul” e no catálogo “volume de amostra: sangue total 9,8ul”. Por estes motivos a pregoeira decide por manter DESCLASSIFICADA a proposta da empresa SUPER DIAGNÓSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP logo, mantendo a licitação como FRACASSADA. Nada mais havendo, eu, Priscila Frederich de Oliveira, pregoeira, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e pela equipe de apoio.

Comissão de Licitações

Priscila Frederich de Oliveira	Pregoeira
Adriana Piegas de Souza	Equipe de Apoio
Gileade Silva Viana	Equipe de Apoio
Tatiane Gavião Camargo	Equipe de Apoio
Vitor Marcel Borges dos Santos	Equipe de Apoio