



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E PROJETOS

ATA DE REUNIÃO Nº 196/2019 (Sequência: 2)
PREGÃO PRESENCIAL nº 57/2019

Às doze horas e cinquenta minutos do dia dezesseis do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (16/07/2019), a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto n. 17.942, de 07 de janeiro de 2019, formada pelos membros: PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA, Servidora efetiva, neste ato desempenhando as atividades de Pregoeira; ADRIANA PIEGAS DE SOUZA, GILEADE SILVA VIANA e TATIANE GAVIÃO CAMARGO, Servidores Efetivos, e VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS, CC-3, se reuniram na sala de licitações da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Projetos da Prefeitura Municipal de São Borja, à rua Ver. Eurico Batista da Silva, nº 64, com a finalidade de deliberar acerca do Pregão Presencial nº 057/2019/PP/SMPOP-DCL, o qual tem por objeto a aquisição de equipamentos para o laboratório Municipal de Fronteira Geni Marques Pinto, para serem utilizados na Dosagem Bioquímica e Hemogramas. Conforme consignado na ata anterior, acatando o parecer técnico das servidoras Lenara Wastowski Friedrich (Biomédica) e Roselaine Bittencout Magg (Farmacêutica-Bioquímica), a Pregoeira Substituta desclassificou a proposta da empresa SUPER DIAGNÓSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP e declarou FRACASSADA a licitação. No entanto, a Pregoeira registra o recebimento de questionamento/impugnação à decisão do certame, nos seguintes termos: *"a) o objeto cotado apresentou metodologia por colorimetria diferente do solicitado no edital (espectrofotometria)": "A Colorimetria e a Espectrofotometria podem ser conceituadas como um procedimento analítico através do qual se determina a concentração de espécies químicas mediante a absorção de energia radiante (luz)." <https://www.biomedicinapadrao.com.br/2014/07/principais-metodos-utilizados-em.html>. Normalmente, os equipamentos hematológicos possuem 2 metodologias, no caso dos equipamentos de 3 partes, como o solicitado no pregão 057/2019, todos os modelos presentes no mercado apresentam as metodologias por impedância e colorimétrica para hemoglobina. A metodologia por espectrofotometria é utilizada para equipamentos de bioquímica; "b) volume de aspiração da amostra de 9,8 microlitros, sendo solicitado no edital 10 microlitros": O nosso volume de aspiração é menor que o solicitado, no caso seria mais vantajoso. Só existe 1 equipamento no mercado que aspira exatamente essa quantidade de amostra; "c) não oferta de impressora matricial de coluna de 80 pontos": Na nossa proposta está descrita a entrega da impressora conforme anexo (está selecionado em azul); "d) não oferta manual de instruções no idioma português do Brasil": Não ficou claro no edital que o manual era para ser enviado no envelope juntamente com a proposta ou se na entrega do equipamento; "e) não garantia de responsabilização sobre as despesas de deslocamento para prestação de serviço técnico, bem como para substituição de peças". Estão descritos na proposta em anexo (selecionados em azul). De pronto, em reanálise, a Pregoeira informa que assiste razão à licitante no que se refere aos itens "c", "d" e "e" do questionamento, visto que consta descrito na proposta a oferta de impressora matricial de coluna de 80 pontos, assim como a garantia de responsabilização sobre despesas de deslocamento para prestação de serviço técnico e/ou substituição de peças. No que se refere ao item "d", também não se verifica motivo de desclassificação, visto que o edital, no item 1.5, menciona que a empresa deverá fornecer o manual de instruções em língua portuguesa (do Brasil), porém não diz o momento, podendo, portanto, a empresa apresentar junto à entrega do item. Nesses itens referidos, a Pregoeira reconsidera a decisão anterior e não desclassifica a proposta da empresa licitante por estes motivos. Sobre os questionamentos "a" e "b", se tratando de abordagem técnica, a Pregoeira determina que as servidoras responsáveis pela análise no certame enviem parecer escrito, analisando o questionamento da empresa licitante nos itens "a" e "b" e, justificadamente, indiquem os motivos pelo parecer anterior de desclassificação da empresa licitante e/ou dos motivos técnicos plausíveis que fazem o item da empresa licitante não atender o exigido. Nada mais havendo, eu, Gileade Silva Viana, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada pela Pregoeira e pela equipe de apoio.*

Comissão de Licitações

Priscila Frederich de Oliveira	Pregoeira
Adriana Piegas de Souza	Equipe de Apoio
Gileade Silva Viana	Equipe de Apoio
Tatiane Gavião Camargo	Equipe de Apoio
Vitor Marcel Borges dos Santos	Equipe de Apoio